

# CH Metz - Laboratoire d'urgence

Reportable range : Olympus - Calcium

Date : vendredi 1 juillet 2005 09:17:15

Operator :

Reagent lot : 2454

Comment :

Non-linearity error budget : 50 %

Tolerance :

Concentrations	Medical tolerance	Max non-linearity error
< 70,0 mg/L	4,0 mg/L	2,0 mg/L
70,0 to 110,0 mg/L	4,0 %	2,0 %
> 110,0 mg/L	6,0 %	3,0 %

Assay of 9 equally spaced concentrations :

Dilution	Assay 1	Unit
0	0,0	mg/L
1	20,3	
2	47,6	
3	76,7	
4	106,4	
5	134,2	
6	162,5	
7	188,3	
8	210,0	

Reportable range :

#	Lower end	Higher end	Unit
1	-0,3	4,8	mg/L
2	83,2	142,1	
3	162,8	210,3	

